

SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM STERILE A 0,9 %, EN RECIPIENT UNIDOSE

Solution nasale, ophtalmique et auriculaire / Solution pour lavage des plaies

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

COMMENT UTILISER la solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % ?

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations.

A usage unique et individuel.

Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

Pour l'hygiène nasale et oculaire :

La solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % peut être utilisée quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 6 lavages par jour, en fonction des besoins.

- Pour l'hygiène du nez :

En instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.

- Mode d'emploi :

Incliner la tête en arrière. Introduire délicatement l'embout dans la narine et appuyer légèrement sur l'unidose. Répéter l'opération pour l'autre narine. Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent. Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration.

- Précaution d'emploi :

Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.

- Pour l'hygiène des yeux :

En instillation, en lavage ou en bain.

- Mode d'emploi :

Déposer quelques gouttes de solution dans chaque oeil, en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la surface de l'oeil. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

- Précaution d'emploi :

En cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

Pour l'hygiène des oreilles :

En rinçage.

Pour une parfaite hygiène auriculaire, utiliser le produit pour entraîner les dépôts solubilisés de cérumen et rincer le conduit auditif externe après utilisation d'une solution tensio-active auriculaire.

Mode d'emploi :

Rincer le conduit auditif externe avec la solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 %.

Utiliser 1 dose de solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % pour les 2 oreilles.

Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

Précaution d'emploi :

L'utilisation auriculaire de ce dispositif médical en cas de tympons perforés, d'antécédents de chirurgie de l'oreille ou d'affections chroniques de l'oreille est déconseillée ou doit faire l'objet d'un conseil préalable de votre médecin ou de votre pharmacien.

Pour le lavage des plaies :

Mode d'emploi :

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

Précaution d'emploi :

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

GB_DM_FT_092

Date de création : Avril 2021

Date de dernière modification : Avril 2021

 Laboratoires Gilbert
928 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair – FR.

 0459

STERILE A

