

BESCHREIBUNG

Die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush ist ein gebrauchsfertiges, durch Bestrahlung sterilisiertes Medizinprodukt. Es handelt sich um eine Polypropylen-Spritze, die eine isotonische 0,9%ige Natriumchloridlösung enthält. Der Hersteller garantiert, dass der Inhalt der Spritzen steril, apyrogen und ungiftig ist.

VERWENDUNGSZWECK

Die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush ist NUR FÜR DIE SPÜLUNG von In-situ-Gefäßzugangssystemen bestimmt. Sie kann auf ein steriles Feld gelegt werden. Die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush ist ein Medizinprodukt zum einmaligen Gebrauch, das für einen EINZIGEN PATIENTEN bestimmt ist. Die vorgefüllte Spritze mit NaCl 0,9 % PentaFlush-NaCl muss im Krankenhaus und/oder zu Hause von medizinischem oder pflegerischem Personal verwendet werden, das in Gefäßzugangssystemen ausreichend geschult und qualifiziert ist.

GEGENANZEIGEN

Die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush ist NICHT für die Rekonstitution von Trockenprodukten, die Verdünnung von Arzneimitteln oder in Fällen, in denen eine intravenöse Therapie mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% angezeigt ist, VORGESEHEN. VERWENDEN Sie die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush NICHT mit Medikamenten, die nicht mit Natriumchlorid kompatibel sind.

WARNHINWEISE

VERWENDEN Sie das Produkt NICHT, wenn Verpackung oder Inhalt beschädigt sind. Prüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Produktetikett oder der Verpackung. NICHT nach Ablauf des Verfallsdatums VERWENDEN. VERWENDEN Sie das Produkt NICHT, wenn die Spritzenkappe oder der Gummiring so beschädigt sind, dass die Spritze ausläuft. VERWENDEN Sie das Produkt NICHT, wenn die Lösung trüb erscheint und/oder Ausfällungen und/oder Schwebeteilchen jeglicher Art enthält. NICHT zur direkten intravenösen Injektion VERWENDEN. STELLEN SIE SICHER, dass sich KEINE Luftblasen in der Flüssigkeit befinden.

Die Spritze DARF NICHT erneut sterilisiert werden.

NUR FÜR EINEN PATIENTEN UND ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH. Die Wiederverwendung des Produkts kann zu Infektionen oder anderen Krankheiten/Verletzungen führen. ENTFERNEN SIE NACH DEM GEBRAUCH ALLE UNBENUTZTEN LÖSUNGSANTEILE UND ENTSORGEN SIE DIESE.

VERWENDEN Sie die Spritze nach dem Öffnen der Packung SOFORT (wegen möglicher Kontamination).

Die Verschlusskappe der mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllten Spritze PentaFlush stellt eine Erstickungsgefahr dar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

AUFBEWAHRUNG

Bei Raumtemperatur (15–30 °C) aufbewahren. Lagern Sie die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush nicht bei Minus-Temperaturen.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze PentaFlush und die dazugehörigen Verschlüsse gemäß den geltenden Vorschriften.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Wenden Sie während des gesamten Verfahrens eine aseptische Technik an.

1. Waschen Sie sich gründlich die Hände.
2. Verwenden Sie die entsprechende PSA (persönliche Schutzausrüstung).
3. Kontrollieren Sie das Verfallsdatum.
4. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung unversehrt ist.
5. Öffnen Sie die Packung und nehmen Sie die Spritze heraus.
6. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Kappe auf der Spritze und die Transparenz der Lösung. (Abb. 1A)
7. Drücken Sie bei aufgesetzter Kappe auf den Spritzenkolben, um den Gummiring der Spritze zu lösen. (Abb. 1B)
8. Schrauben Sie die Kappe von der Spritze ab und achten Sie darauf, dass das Luer-Verbindungsstück der Spritze nicht kontaminiert wird. (Abb. 2)
9. Drücken Sie auf den Spritzenkolben, um die Luft herauszudrücken. (Abb. 3) Stellen Sie sicher, dass sich KEINE Luftblasen in der Flüssigkeit befinden.
10. Führen Sie eine Scrub-Desinfektion am Hub des Gefäßzugangs für mindestens 15" durch.
11. Verbinden Sie den Luer-Lock-Anschluss der Spritze mit dem Gefäßzugang. Achten Sie dabei darauf, dass keine Kontamination durch den Kontakt mit dem Anschlussstück entsteht. (Abb. 4)
12. Drücken Sie auf den Spritzenkolben, um das erforderliche Volumen an Kochsalzlösung freizusetzen, entsprechend den Verfahren und/oder Protokollen des Unternehmens, und wenden Sie die pulsierende Technik „Push and pause“ an (Abb. 5).
13. Injizieren Sie nicht mehr als das Volumen des Katheters und stellen Sie sicher, dass das Volumen der Lösung, die Sie einführen, genau der Kapazität des Lumens des Katheters entspricht, den Sie behandeln.
14. WENN SIE BEIM DRÜCKEN AUF DEN KOLBEN AUF WIDERSTAND TREFFEN, ÜBEN SIE KEINE WEITERE KRAFT AUS und stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind, indem Sie gemäß den jeweiligen Unternehmensverfahren und/oder -protokollen vorgehen.
15. Nach dem Spülen des Katheterlumens sofort mit der Verabreichung der Therapie fortfahren oder eine antimikrobielle Verschlusslösung einführen, um den Katheter zu verriegeln.
16. Entsorgen Sie die verwendeten Spritzen sofort nach Gebrauch, gemäß den jeweiligen Unternehmensverfahren und/oder -protokollen.

NICHT INJIZIERBARNICHT WIEDERVERWENDEN

Im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit der „mit Kochsalzlösung NaCl 0,9% vorgefüllten Spritze PentaFlush“ sind der Hersteller und die zuständige Behörde zu informieren.

83600201 - Rev. 06 - Ausgabe: 10/11/2025

