

Informations générales pour l'utilisateur:

Pour les produits à usage unique sous emballage stérile, prière de lire attentivement ces informations avant emploi.

Avertissement et précautions

- Ce produit doit être utilisé uniquement par du personnel médical qualifié.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage unique. Ne pas restériliser et/ou réutiliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Ne pas utiliser si les capuchons de protection ne sont pas en place.
- Vérifier le parfait état du dispositif, de son étanchéité et de ses connexions avant emploi.
- Le cas échéant, s'assurer que les bouchons de fermeture et les connexions déconnectables sont bien serrés et les resserrer si nécessaire avant emploi.
- Désinfecter tous les ports de connexion avant et après chaque branchement/débranchement, et ce, avant et pendant l'emploi du dispositif. Utiliser, pour la désinfection, de l'alcool isopropylique, de l'alcool iodé ou de l'alcool éthylique à 70%, ou encore de l'alcool isopropylique à 70% additionné de gluconate de chlorhexidine à 2%. Le temps d'exposition requis est de 30 secondes au minimum. S'assurer du séchage complet avant d'effectuer une connexion.
- Eviter d'exercer une pression excessive pendant l'injection de solutions dans le perfuseur/la ligne de perfusion, notamment avec les seringues de petit calibre.
- Des fissures peuvent apparaître en cas de contact prolongé avec des solutions lipidiques ou alcooliques.
- Si il y a un capuchon orange (ventilé), le remplacer par un obturateur (non ventilé).
- Prière de suivre les instructions d'utilisation (incompatibilité) du fabricant du médicament et du résumé des caractéristiques du produit en vigueur.
- Pour une perfusion, utiliser un filtre <20µm (selon EN ISO 8536).
- Toujours respecter les mesures d'hygiène et les méthodes de travail habituelles.
- Des erreurs de manipulation ou, en de rares cas, un fonctionnement restreint du dispositif dû à des vices de matière et/ou de fabrication, peuvent être à l'origine de fuites avec, pour conséquence possible, une embolie gazeuse et/ou un sous-dosage ou un surdosage de la perfusion, risquant de détériorer considérablement l'état de santé du patient, voire d'entraîner sa mort, en fonction de son état général.
- Le produit utilisé doit être éliminé correctement. Utiliser les récipients spécialement marqués, si nécessaire. Respecter les réglementations locales.

Avertissement relatif à la réutilisation

Toute réutilisation du produit peut entraîner des risques imprévus pour la santé. Un produit usagé est potentiellement porteur d'agents pathogènes pouvant présenter un danger pour la santé du patient et entraîner la propagation de germes infectieux au sein de l'établissement de santé. Le retraitement de produits usagés peut compromettre la sécurité.

Le fabricant décline toute responsabilité concernant la stérilité de produits réutilisés au sein de l'établissement de santé.

10.1504.09 / 2022-08