

Seringues ENFIT pour utilisation entérale

Information AB23_FR

ATOXIQUE

Ne pas utiliser : Si l'emballage est ouvert ou endommagé, si les protections sont détachées, avec du sang et des produits dérivés du sang.

Ne pas réutiliser ni restériliser. La réutilisation ou la restérilisation pourrait altérer les caractéristiques du produit et mettre en jeu la santé du patient.

REV. 2021-04



Jiangsu Caina Medical Co.,Ltd
No.23 Huanxi Rd, Zhutang Town
Jiangyin City. Jiangsu China 214415



SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING
CORP. GMBH (EUROPE) Eiffestraße 80,
D-20537 Hamburg-DE



Date de rédaction interne 02/04/2025