

Die Becher bestehen aus polypropylen. Sie sind ausschließlich für antiseptische Flüssigkeit oder physiologische Kochsalzlösung bestimmt. Sie sind nicht für Implantate oder Injektionslösungen bestimmt. Die Skalierung besitzt keine Messfunktion; sie stellt nur eine ungefähre Volumenangabe dar.



HEMODIA SAS  
85 rue du Chêne Vert  
31670 Labège France



Veröffentlichungsdatum 07/01/2026