

Les cupules sont constituées de polypropylène. Elles sont destinées à ne contenir qu'un liquide antiseptique ou du sérum physiologique. Elles ne sont pas destinées à contenir des dispositifs implantables ou des préparations injectables. Les graduations n'ont pas une fonction de mesurage ; elles ne donnent qu'une information de volume.



HEMODIA SAS

85 rue du Chêne Vert

31670 Labège France



Date de rédaction interne 07/01/2026