

De bekkers zijn gemaakt van polypropyleen. Ze zijn bedoeld om allen een antiseptische vloeistof of fysiologische zoutoplossing te bevatten. Ze zijn niet bedoeld om implanteerbare hulpmiddelen te bevatten of injecteerbare preparaten. De graduaties hebben geen meetfunctie; ze geven alleen een indicatie van het volume.



HEMODIA SAS
85 rue du Chêne Vert
31670 Labège France



Aanmaakdatum : 07/01/2026