

Skålarna är tillverkade av polypropylen. De är endast avsedda för antiseptisk vätska eller fysiologiskt serum. De är ej avsedda för implantat eller injicerbara preparat. Graderingarna får inte användas för uppmätning, de är enbart avsedda att ge en indikation om volymen.



HEMODIA SAS

85 rue du Chêne Vert

31670 Labège France



Skapat den: 07/01/2026